

OPIS PREDMETA NABAVE

SPECIFIKACIJA

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama FCO KB Dubrava bez PDV-a
	<b>UROLOŠKI INSTRUMENTI</b>							
	Minimalne tehničke karakteristike							
<b>1.</b>	<b>SEMIRIGIDNI URETERORENOSKOP 6/7.5 Fr.</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
1.1.	Rigidni pomoćni instrumenti mogu biti korišteni korišteni kroz ravni radni kanal instrumenta							
1.2.	S ovalnim kanalom za irigaciju i instrument							
1.3.	Radna dužina maksimalno 430 mm							
1.4.	Ukupna dužina maksimalno 600 mm							
1.5.	Optika 5°							
1.6.	Irigacijski i instrument kanal maksimalno 4.2 x 4.6 Fr							
1.7.	Instrument promjera maksimalno 6/7.5 Fr							
1.8.	Autoklavabilan na 134°C							
1.9.	S automatskim ventilom za umetanje instrumenta							
1.10.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>2.</b>	<b>VODIČ ZA LITHOCLAST RUČNI NASTAVAK</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
2.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>3.</b>	<b>SEMIRIGIDNI URETERORENOSKOP 8/9.8 Fr.</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
3.1.	Rigidni pomoćni instrumenti mogu biti korišteni korišteni kroz ravni radni kanal instrumenta							
3.2.	S ovalnim kanalom za irigaciju i instrument							
3.3.	S automatskim ventilom za umetanje instrumenta							
3.4.	Radna dužina maksimalno 430 mm							
3.5.	Ukupna dužina maksimalno 600 mm							
3.6.	Optika 12°							
3.7.	Irigacijski i instrument kanal maksimalno 5.2 x 6.2 Fr							
3.8.	Instrument promjera maksimalno 8/9.8 Fr							
3.9.	Autoklavabilan na 134°C							
3.10.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>4.</b>	<b>VODIČ ZA LITHOCLAST RUČNI NASTAVAK</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
4.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>5.</b>	<b>RESEKTOSKOP SASTAV:</b>							
<b>5.1.</b>	<b>ENDOSKOPSKA OPTIKA</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
5.1.1.	Kut gledanja 12°							
5.1.2.	Promjer maksimalno 4 mm							

5.1.3.	Autoklavabilna na 134°							
5.1.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>6.</b>	<b>RADNI ELEMENT RESEKTOSKOPA</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
6.1.	Za rad s endoskopima 30°, 12°							
6.2.	Ručna akcija rezanja							
6.3.	S opružno potpomognutim otpuštanjem							
6.4.	Tip drške-otvorena							
6.5.	Akcija rezanja-aktivan							
6.6.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>7.</b>	<b>VANJSKI TUBUS RESEKTOSKOPA</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
7.1.	Minimalno 26 Charr.							
7.2.	Identifikacija bojom-Žuta							
7.3.	Autoklavabilan na 134°C							
7.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>8.</b>	<b>UNUTARNJI TUBUS RESEKTOSKOPA</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
8.1.	Maksimalno 24 Charr.							
8.2.	S distalnom keramičkom izolacijom							
8.3.	Identifikacija bojom-Žuta							
8.4.	Autoklavabilan na 134°C							
8.5.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>9.</b>	<b>OBTURATOR</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
9.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>10.</b>	<b>FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
10.1.	Dva radna kanala							
10.2.	Dva kanala za pružanje opcije za kontinuiranu ili dvostruku irigaciju							
10.3.	Kočioni mehanizam za zaključavanje distalnog vrha							
10.4.	Laserski kanal za sondu do 365 µm							
10.5.	Jednostavna kontrola laserske sonde sa specijalnim laserskim "Shifter-om"							
10.6.	Radna dužina maksimalno 680 mm							
10.7.	Promjer radnog i irigacijskog kanala maksimalno 2 X 3.3 Charr							
10.8.	Promjer instrumenta maksimalno 6/9.9 Charr							
10.9.	Kut gledanja maksimalno 85°							
10.10.	Smjer gledanja maksimalno 0°							
10.11.	Pomicanje distalnog vrha maksimalno 270° prema dolje 270° prema gore							
10.12.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>11.</b>	<b>STERILIZACIJSKA KUTIJA ZA FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
11.1.	Za plazma sterilizaciju							
11.2.	Vanjske dimenzije minimalno: 450 X 87 X 292 MM							
11.3.	Unutarnje dimenzije minimalno: 420 X 75 X 265 MM							
<b>12.</b>	<b>CISTOSKOP SASTAV:</b>							
<b>12.1.</b>	<b>CISTOSKOPSKI TUBUS S OBTURATOROM</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
12.1.1.	Autoklavabilan na 134°C							
12.1.2.	Promjer maksimalno Ø 21 Fr.							
12.1.3.	S automatskim mehanizmom za zaključavanje							
12.1.4.	Kapacitet maksimalno 1 x 10 ili 2 x 6 Fr.							
12.1.5.	S obturatorom od nehrđajućeg čelika							

12.1.6.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>13.</b>	<b>ENDOSKOPSKA OPTIKA 12°</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
13.1.	Kut gledanja 12°							
13.2.	Promjer maksimalno 4 mm							
13.3.	Autoklavabilna na 134°							
13.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
<b>14.</b>	<b>NASTAVAK S ALBARANOM S DVA PORTA ZA INSTRUMENTE</b>	<b>kom</b>	<b>1</b>					
14.1.	Autoklavabilan na 134°C							
14.2.	maksimalno 2 porta za instrumente							
14.3.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
							<i>Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:</i>	
							<i>Iznos PDV-a:</i>	
							<i>Sveukupan iznos u kunama s PDV-om:</i>	

M.P.

\_\_\_\_\_  
(Potpis odgovorne osobe)