

OPIS PREDMETA NABAVE

SPECIFIKACIJA

PONUĐITELJ

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama FCO KB Dubrava bez PDV-a
	UROLOŠKI INSTRUMENTI							
	Minimalne tehničke karakteristike							
1.	SEMIRIGIDNI URETERORENOSKOP 6/7,5 Fr.	kom	1					
1.1.	Rigidni pomoćni instrumenti mogu biti korišteni korišteni kroz ravni radni kanal instrumenta							
1.2.	S ovalnim kanalom za irigaciju i instrument							
1.3.	Radna dužina maksimalno 430 mm							
1.4.	Ukupna dužina maksimalno 600 mm							
1.5.	Optika 5°							
1.6.	Irigacijski i instrument kanal maksimalno 4.2 x 4,6 Fr							
1.7.	Instrument promjera maksimalno 6/7,5 Fr							
1.8.	Autoklavabilan na 134°C							
1.9.	S automatskim ventilom za umetanje instrumenta							
1.10.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
2.	VODIČ ZA LITHOCLAST RUČNI NASTAVAK	kom	1					
2.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
3.	SEMIRIGIDNI URETERORENOSKOP 8/9,8 Fr.	kom	1					
3.1.	Rigidni pomoćni instrumenti mogu biti korišteni korišteni kroz ravni radni kanal instrumenta							
3.2.	S ovalnim kanalom za irigaciju i instrument							
3.3.	S automatskim ventilom za umetanje instrumenta							
3.4.	Radna dužina maksimalno 430 mm							
3.5.	Ukupna dužina maksimalno 600 mm							
3.6.	Optika 12°							
3.7.	Irigacijski i instrument kanal maksimalno 5,2 x 6,2 Fr							
3.8.	Instrument promjera maksimalno 8/9,8 Fr							
3.9.	Autoklavabilan na 134°C							
3.10.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							
4.	VODIČ ZA LITHOCLAST RUČNI NASTAVAK	kom	1					
4.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf							

5.	RESEKTOSKOP SASTAV:								
5.1.	ENDOSKOPSKA OPTIKA	kom	1						
5.1.1.	Kut gledanja 12°								
5.1.2.	Promjer maksimalno 4 mm								
5.1.3.	Autoklavabilna na 134°								
5.1.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
6.	RADNI ELEMENT RESEKTOSKOPA	kom	1						
6.1.	Za rad s endoskopima 30°, 12°								
6.2.	Ručna akcija rezanja								
6.3.	S opružno polpomognutim otpuštanjem								
6.4.	Tip dške-otvorena								
6.5.	Akcija rezanja-aktivan								
6.6.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
7.	VANJSKI TUBUS RESEKTOSKOPA	kom	1						
7.1.	Minimalno 26 Charr.								
7.2.	Identifikacija bojom-žuta								
7.3.	Autoklavabilan na 134°C								
7.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
8.	UNUTARNJI TUBUS RESEKTOSKOPA	kom	1						
8.1.	Maksimalno 24 Charr.								
8.2.	S distalnom keramičkom izolacijom								
8.3.	Identifikacija bojom-žuta								
8.4.	Autoklavabilan na 134°C								
8.5.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
9.	OBTURATOR	kom	1						
9.1.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
10.	FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP	kom	1						
10.1.	Dva radna kanala								
10.2.	Dva kanala za pružanje opcije za kontinuiranu ili dvostruku irigaciju								
10.3.	Kočioni mehanizam za zaključavanje distalnog vrha								
10.4.	Laserski kanal za sondu do 365 µm								
10.5.	Jednostavna kontrola laserske sonde sa specijalnim laserskim "Shifter-on"								
10.6.	Radna dužina maksimalno 680 mm								
10.7.	Promjer radnog i irigacijskog kanala maksimalno 2 X 3.3 Charr								
10.8.	Promjer instrumenta maksimalno 6/9.9 Charr								
10.9.	Kut gledanja maksimalno 85°								
10.10.	Snijer gledanja maksimalno 0°								
10.11.	Pomicanje distalnog vrha maksimalno 270° prema dolje 270° prema gore								
10.12.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
11.	STERILIZACIJSKA KUTIJA ZA FLEKSIBILNI URETERORENOSKOP	kom	1						
11.1.	Za plazma sterilizaciju								
11.2.	Vanjske dimenzije minimalno: 450 X 87 X 292 MM								
11.3.	Unutarnje dimenzije minimalno: 420 X 75 X 265 MM								

12.	CISTOSKOP SASTAV:								
12.1.	CISTOSKOPSKI TUBUS S OBTURATOROM	kom	1						
12.1.1.	Autoklavabilan na 134°C								
12.1.2.	Promijer maksimalno Ø 21 Fr.								
12.1.3.	S automatskim mehanizmom za zaključavanje								
12.1.4.	Kapacitet maksimalno 1 x 10 ili 2 x 6 Fr.								
12.1.5.	S obturatorom od nehrđajućeg čelika								
12.1.6.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
13.	ENDOSKOPSKA OPTIKA 12°	kom	1						
13.1.	Kući gledanja 12°								
13.2.	Promijer maksimalno 4 mm								
13.3.	Autoklavabilna na 134°								
13.4.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
14.	NASTAVAK S ALBARANOM S DVA PORTA ZA INSTRUMENTE	kom	2						
14.1.	Autoklavabilan na 134°C								
14.2.	maksimalno 2 porta za instrumente								
14.3.	Kompatibilan s postojećom opremom i instrumentima tvrtke Richard Wolf								
Ukupni iznos u kunama bez PDV-a:									
Iznos PDV-a:									
Sveukupni iznos u kunama s PDV-om:									

M.P.

(Potpis odgovorne osobe)