

OPIS PREDMETA NABAVE  
SPECIFIKACIJA

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (broj stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i katalogski broj	Jedinična cijena u kunama bez PDV-a	Ukupan iznos u kunama FCO KB Dubrava bez PDV-a
1.	Zaštitni kabinet za mikrobiologiju	kom	1					
	Minimalne tehničke karakteristike							
1.1.	Biozaštitna klasa II prema EN 12469							
1.2.	Vanjske dimenzije: min. 1330 x 820x 2200 mm							
1.3.	Radni prostor: min. 1190 x 600 x 610 mm							
1.4.	Tip zaštite : Zaštita predmeta rada, operatera i okoline							
1.5.	Tip istrujavanja: Laminarno/ vertikalno							
1.6.	Klasa čistoće : ISO klasa 5 (4, 3) prema ISO 14644-1							
1.7.	Upravljanje: mikroprocesorska kontrola s LCD zaslonom s prikazom svih parametara rada							
1.8.	Jeziči na upravljačkom panelu: hrvatski, engleski							
1.9.	Brojač radnih sati kabine/a; brojač radnih sati UV lampe							
1.10.	Vizualni alarmi nepovojnih stanja							
1.11.	Radni prostor: nehrđajući čelik AISI 304 ili jednakovrijedni							
1.12.	Električni podizač prednjeg zaštitnog stakla (otvoreno, radni položaji, zatvoreno)							
1.13.	Osvjetljenje: FLUO ili LED lampna, min. 750 lux							
1.14.	UV sterilizacijska lampna							
1.15.	Mod za automatsku sterilizaciju radnog prostora UV lampom nakon završetka rada							
1.16.	Niska razina buke ≤ 56 dB							
1.17.	Postolje za sjedeći rad, visina 75-80 cm							
1.18.	Glavni i izlazni HEPA H14 filter uz efikasnost 99,995%, prema EN 1822 standardu							
<b>Ukupan iznos u kunama bez PDV-a:</b>								
<b>Iznos PDV-a:</b>								
<b>Sveukupan iznos u kunama s PDV-om:</b>								

M.P.

(Potpis odgovorne osobe)