

KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, OIB: 32206148371, koju zastupa ravnatelj javne ustanove prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i

Bioelektronika d.o.o., Ksaver 202, Zagreb, OIB: 47204464015, kojeg zastupa direktor, Vedran Čuček ing. el. (dalje u tekstu: Isporučitelj)

sklopili su

UGOVOR O JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBA

N-85/2023

Monitor za praćenje vitalnih funkcija

I PREDMET UGOVORA

Članak 1.

1.1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Naručitelj proveo postupak jednostavne nabave *Monitor za praćenje vitalnih funkcija* te da je dana 23.05.2023. donio Odluku o odabiru Ur. broj: 37-62/23-9.

Predmet ovog Ugovora su *Monitori za praćenje vitalnih funkcija* te za potrebe Kliničke bolnice Dubrava, Zavod za traumatologiju i ortopediju a sukladno odabranoj Ponudi Isporučitelja br. 2305022 od 10.05.2023. godine sa opisom predmeta nabave iz dokumentacije iz Poziva za dostavu ponuda za nabavu *Monitora za praćenje vitalnih funkcija*, Ur. broj: 37-62/23-4 od 03.05.2023.

Sastavni dio ovog Ugovora je Ponudbeni list i Troškovnik.

II VRIJEDNOST PREDMETA UGOVORA

Članak 2.

2.1.

Ugovorna vrijednost predmeta nabave iz članka 1. ovog Ugovora, po izvršenju svih obveza po ovom Ugovoru, iznosi:

Ugovorna vrijednost bez PDV-a: 13.104,00 eura

PDV iznosi: 3.276,00 eura

Sveukupno s PDV-om: 16.380,00 eura

2.2.

Na ugovorenu vrijednost ne mogu utjecati eventualne promjene okolnosti na bilo kojoj od strana ovog Ugovora, kao niti okolnosti koje su bez utjecaja bilo koje od ugovornih strana.

2.3.

Sukladno Opisu predmeta nabave – Troškovniku, isporuka robe uključuje:

- instalaciju i puštanje u rad,
- edukaciju osoblja za rukovanje robom koja je predmet nabave,
- isporuku tehničke dokumentacije uključujući upute za rukovanje robom koja predmet Ugovora na hrvatskom jeziku,
- uključeno servisiranje i održavanje predmeta nabave za razdoblje od 2 (dvije) godine te otklanjanje nastalih kvarova koji su nastali redovnom upotrebom u skladu s uputama proizvođača, zamjena svih komponenti koje se pokvare na trošak Isporučitelja unutar jamstvenog roka.
- uspješno izvršene primopredaje i stavljanja uređaja u punu funkciju.

III PLAĆANJE

Članak 3.

3.1.

Ugovorenu cijenu Naručitelj će uplatiti na račun Isporučitelja, IBAN: HR1224020061100075745, ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. u roku od 60 dana od dana obostranog potpisivanja Primopredajnog zapisnika i ispostave računa. Ugovorna cijena ostaje nepromijenjena za vrijeme trajanja Ugovora.

IV ROK I MJESTO ISPORUKE

Članak 4.

4.1.

Ugovoreni predmet nabave se kvalitativno i kvantitativno zaprima na mjestu koje Naručitelj odredi narudžbom, tj. Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, Zagreb, Zavod za traumatologiju i ortopediju.

4.2.

Isporučitelj je suglasan da se predmet nabave isporuči u količini i kvaliteti prema Ugovoru i narudžbenici Naručitelja. Rok isporuke do 30 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i slanja narudžbenice.

V PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA

Članak 5.

5.1.

Isporučitelj treba isporučiti robu prema zahtjevima Naručitelja i osigurati pakiranje robe da spriječi njezino oštećenje ili propadanje tijekom prijevoza do mjesta isporuke.

Sva roba koja će se isporučiti mora biti nova, nekorištena, u originalnom tvorničkom pakiranju s oznakom tržišnog naziva robne marke/proizvođača, te u svemu odgovarati tehničkim specifikacijama propisanim Troškovnikom kao i udovoljavati svim standardima prema pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj.

5.2.

Isporučitelj jamči da je kvaliteta predmeta nabave jednaka onoj koju je tražio Naručitelj u opisu predmeta nabave u postupku jednostavne nabave.

5.3.

Materijalni nedostaci isporučenih proizvoda mogu biti vidljivi i skriveni. O vidljivim nedostacima Naručitelj će obavijestiti Isporučitelja u roku od osam (8) dana od dana primitka robe, dok će o skrivenim nedostacima obavijestiti u roku od dva (2) mjeseca, računajući od dana kada je nedostatak otkriven.

5.4

U slučaju osnovane sumnje u kvalitetu isporučenog predmeta nabave, Naručitelj ima pravo zatražiti provjeru kvalitete od strane ovlaštene institucije, a na teret Isporučitelja.

5.5.

Uredno obaviješten, Isporučitelj će na zahtjev Naručitelja ponovno isporučiti predmet nabave, u istoj količini i ugovorenoj kvaliteti u roku koji Naručitelj naznači u pismenoj obavijesti o uočenom nedostatku.

5.6.

Ukoliko Isporučitelj ne isporuči predmet nabave dogovorene kvalitete sukladno Ugovoru, Naručitelj može:

1. isporučeni predmet nabave vratiti,
2. zatražiti naknadu štete,
3. raskinuti Ugovor.

VI JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 6.

6.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a.

6.2.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora dostavlja se u obliku: bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

6.3.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Isporučitelja. Ako jamstvo za uredno ispunjenje ugovora ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti Isporučitelju nakon isteka roka od 30 dana.

6.4.

Povredom ugovornih obveza se smatraju:

- neisporučivanje naručene robe
- nepoštivanje rokova isporuke
- neotklanjanje materijalnih nedostataka
- obračunavanja cijena koje nisu ugovorene.

VI JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 7.

7.1.

Isporučitelj je obvezan u roku od 10 (deset) dana nakon izvršene primopredaje, dostaviti Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% od vrijednosti ugovora s PDV-om.

7.2.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora kao i jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku dostavlja se u obliku: bjanko zadužnice solemnizirane i s javnobilježnički ovjerenim potpisom osobe ovlaštene za zastupanje, popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/12, 82/17).

7.3.

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku biti će naplaćeno u slučaju povrede ugovornih obveza od strane Isporučitelja. Ako jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne bude naplaćeno, korisnik će ga vratiti Isporučitelju nakon isteka roka od 30 dana.

VIII JAMSTVO

Članak 8.

8.1.

Isporučitelj jamči da predmet nabave funkcionira te da nema mana u dizajnu, materijalu i izradi.

8.2.

Jamstveni rok za predmet nabave je 2 (dvije) godine od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika. U cijenu je uključeno servisiranje i održavanje predmeta nabave za razdoblje od 2 (dvije) godine te otklanjanje nastalih kvarova koji su nastali redovnom upotrebnom u skladu s uputama proizvođača, zamjena svih komponenti koje se pokvare na trošak Isporučitelja unutar jamstvenog roka.

8.3.

Jamstvo ne uključuje mehanička oštećenja i oštećenja nastala nepropisnom upotrebom. Odaziv na servis i utvrđivanje kvara najkasnije u roku 24 sata. Ukoliko je zbog servisa isporučeni predmet nabave potrebno nositi izvan poslovnih prostorija Naručiitelja, Isporučitelj je dužan osigurati isti ili jednakovrijedni zamjenski predmet nabave na lokaciji Naručiitelja.

IX PRAVA I OBVEZE NARUČITELJA

Članak 9.

9.1.

Od sklapanja Ugovora do ispunjenja svih ugovornih obveza, Naručiitelj je obvezan osigurati Isporučitelju kontakt osobu za sva pitanja vezana za predmet nabave.

9.2.

Ukoliko Isporučitelj bez krivnje Naručiitelja jednostrano prekine Ugovor dužan je obešteti Naručiitelja za nastalu štetu.

9.3.

Naručiitelj može raskinuti ovaj Ugovor i prije isteka roka na štetu Isporučitelja u slijedećim slučajevima:

- ako Isporučitelj neopravdano zakasni s isporukom predmeta nabave,
- ako Isporučitelj niti nakon opetovanog upozorenja od strane Naručiitelja na neispunjavanje ugovornih obveza ne postupi sukladno upozorenju Naručiitelja.

9.4.

Naručiitelj je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u prethodnom stavku ovog članka pismeno izvijestiti Isporučitelja o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.

9.5.

Rok za raskid Ugovora je 15 dana, računajući od dana obavijesti Naručiitelja.

9.6.

Isporučitelj se obvezuje da neće ustupiti trećemu svoja potraživanja prema Naručiitelju, po odredbama ovog Ugovora a bez pristanka Naručiitelja.

X POVJERLJIVOST

Članak 10.

10.1.

Isporučitelj se obvezuje da će čuvati povjerljivost podataka i dokumenata koji su povezani s izvršenjem Ugovora te da ih neće učiniti dostupnim trećim osobama u svrhe koje nisu povezane s izvršenjem Ugovora bez prethodnog pristanka Naručiitelja.

10.2.

Isporučitelj će i nakon završetka ugovora biti vezan ovom preuzetom obvezom te će osigurati da ista obveza vrijedi i za njegovo osoblje.

10.3.

Za korištenje ugovora kao reference u svrhu preporuke na tržištu ili podnošenja ponude na nadmetanjima potrebno je prethodno odobrenje Naručiitelja. Isporučitelj neće davati javne izjave o projektu bez prethodnog odobrenja Naručiitelja.

XI OSTALE ODREDBE

Članak 11.

11.1.

Isporučitelj jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim traženjima, zahtjevima, sudskim presudama i od svih vrsta rashoda u svezi sa povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja ugovornih obveza od strane Isporučitelja, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

11.2.

Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Isporučitelju nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

11.3.

U slučaju bilo kakvih razlika između ugovorne specifikacije i tehničkih karakteristika Isporučitelja i specifikacije i tehničkih karakteristika iz Naručiteljeve specifikacije, odnosno Opisa predmeta nabave, mjerodavna je Naručiteljeva specifikacija.

11.4.

Sporna pitanja koja nastanu u vezi s izvršenjem ovog Ugovora Ugovorne strane će rješavati u skladu s uzajamnim dogovorom, a ako na taj način ne budu riješena tj. u slučaju sudskog spora, ugovorne strane ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

11.5.

Odredbe ovog Ugovora izraz su volje ugovornih strana, te ga se iste odriču pobijati.

11.6.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa ugovornih strana i vrijedi 60 (šezdeset) dana.

11.7.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih 4 (četiri) pripadaju Naručitelju, a 2 (dva) Isporučitelju.

Ur. broj: 37-62/23-10

U Zagrebu, 15.06.2023.

ISPORUČITELJ:

Bioelektronika d.o.o.
Direktor

Vedran Čuček, ing. el.

BIOELEKTRONIKA d.o.o.
za upitane i ugovore
Zagreb, prosinac 2022

NARUČITELJ:

KB Dubrava
Raynatelj



dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

2/41

PONUDBENI LIST ZA MONITOR ZA PRAĆENJE VITALNIH FUNKCIJA

1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

- a) Naručitelj: Klinička bolnica Dubrava
- b) Sjedište: Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6
- c) OIB: 32206148371
- d) Tel: 01/290 2662, fax: 01/290 29 69
- e) Odgovorna osoba Naručitelja: prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

2. VRSTA I KOLIČINA ROBE: Određena u Opisu predmeta nabave (Troškovniku).

3. OPĆI PODACI O PONUDITELJU

3.1. Naziv: Bioelektronika d.o.o.

Sjedište: Ksaver 202, 10000 ZAGREB

MB/OIB: 1064416 / 47204464015

e-mail: info@bioelektronika.hr

Tel/fax: 01-4617930 / 01-4617886

Odgovorna osoba: Vedran Čuček, Direktor
(ime, prezime i funkcija)

Osoba za kontakt: Dragutin Čuček, prokurista
(ime, prezime i funkcija)

IBAN, banka: HR1224020061100075745 Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) Da Ne

Adresa za dostavu pošte: Ksaver 202, 10000 Zagreb

3.2. Uredžbeni broj Poziva za dostavu Ponude: Ur. broj: 37-62/23-4

3.3. Cijena sa svim zavisnim troškovima i popustima, bez PDV-a: 13.104,00 EUR

PDV na iskazanu cijenu: 3.276,00 EUR

Ukupna cijena ponude s PDV-om: 16.380,00 EUR

3.4. Plaćanje izvršene isporuke robe: U roku od 60 dana po ispostavi robe.

3.5. Način isporuke robe: osobno u centralno skladište KB Dubrava

3.6. Rok za isporuku robe: U roku do 30 dana od dana obostranog potpisa Ugovora i slanja narudžbenice

3.7. Jamstveni rok: 24 mjeseci od dana isporuke

3.8. Broj i datum ponude: 2305022 / 10.05.2023.

3.9. Rok valjanosti ponude: 90 dana od dana otvaranja ponuda

BIOELEKTRONIKA d.o.o.
za unutrašnje i vanjsku trgovinu
i zastupanje
Zagreb, Ksaver 202

ZA PONUDITELJA



Prilog 2. Troškovnik

KB Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

BIOELEKTRONIKA d.o.o.
za unutarnju i vanjsku trgovinu
i zastupanje
Zagreb, Ksaver 202
Bioelektronika d.o.o., Ksaver 202, 10000 Zagreb
PONUĐITELJ

Monitor za praćenje vitalnih funkcija

Red. broj	Opis predmeta nabave	Jed. mjere	Količina	Potvrda tehničkog opisa (DA/NE)	Potvrda tehničkih karakteristika (br. stranice iz kataloga, izvoda iz kataloga ili prospekta)	Proizvođač - zemlja porijekla, zaštićeno ime i kataloški broj	Jedinična cijena u eurima bez PDV-a	Ukupan iznos u eurima bez PDV-a	Stopa PDV-a
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pacijent monitor za praćenje vitalnih parametara pacijenta	kom	4	DA		Nihon Kohden, Japan, Vismo, PVM-4763	3.276,00 €	13.104,00 €	25%
	Proizvođač i model uređaja: Nihon Kohden, PVM.4763								
I.	Monitor			DA	25/41				
I.1.	LCD zaslon u boji, minimalne dimenzije 10.4" (26 cm) u dijagonali, osjetljiv na dodir ("touchscreen")			DA	32/41				
I.2.	Rezolucija minimalno 800 x 600 točaka			DA	32/41				
I.3.	Brzina prolaska krivulje na zaslonu minimalno 6.25, 12.5, 25 ili 50 mm/s			DA	32/41				
I.4.	Prikaz povećanih numeričkih vrijednosti praćenih parametara			DA	32/41				
I.5.	Istovremeni prikaz najmanje 6 krivulja te svih ostalih brojčanih mjerenih veličina			DA	32/41				
I.6.	Tabelarni prikaz svih mjerenih numeričkih parametara			DA					
I.7.	Prikaz trend podataka najmanje 120 sati			DA	33/41				
I.8.	Prikaz trend podataka u vremensim intervalima najmanje 1, 5, 10, 15, 30 ili 60 minuta			DA	33/41				
I.9.	Prikaz trenda sve do 120 sati 4 krivulja punog prikaza			DA	33/41				
I.10.	Prikaz alarma zvučnih i tekstualnih s indikatorom alarma vidljivim iz svih kutova gledanja u najmanje 3 razine			DA	31/41				
I.11.	U slučaju alarma tehničke pogreške, monitor automatski nudi vodič rješavanja greške			DA	31/41				
I.12.	Snimanje i pregled isječka aritmija			DA	33/41				
I.13.	Klasifikacija aritmija mora sadržavati najmanje 25 vrsti aritmije: ASYSTOLE, VF, VT, EXT TACHY, EXT BRADY, VPC RUN, V BRADY, SV TACHY, TACHYCARDIA, BRADYCARDIA, PAUSE, COUPLET, EARLY VPC, MULTIFORM, V RHYTHM, BIGEMINY, TRIGEMINY, FREQ VPC, VPC, A-Fib, End A-Fib, IRREGULAR RR, PROLONGED RR, NO PACER PULSER, PACER NON-CAPTURE			DA	33/41				
I.14.	ST analiza na svim mjerenim odvodima EKG-a			DA	33/41				
I.15.	QTc/QRSD mjerenje			DA	33/41				
I.16.	Tip baterije Lithium-ion			DA	32/41				
I.17.	Vrijeme rada baterije najmanje 6 sata			DA	32/41				
I.18.	Vrijeme punjenja baterije 3 sata			DA	32/41				
I.19.	Zaštita od smetnje elektrokirurškog noža prema standardu IEC 60601-2-27: 2005			DA	36/41				
I.20.	Prirodno hlađenje monitora (bez upotrebe ventilatora)			DA	37/41				
I.21.	LAN priključak			DA	31/41				
I.22.	ZS IF - Priključak za priključenje odašiljača za bežično spajanje monitora na centralni monitor			DA	32/41				
2.	Praćenje slijedećih parametara sa uključenim svim potrebnim programima i modulima uz uređaj.			DA	32/41				
2.1.	Mjerenje sa 3-žilnim ili 6-žilnim EKGkablovima. 3-žilni: (I,II,III), 6-žilni: (I,II,III,aVr,aVL,aVF,Vx,Vy)			DA	32/41				
2.2.	Frekvencija respiracije s odabirom mjerenja putem L-R (torakalno) ili R-F (abdominalno) ckg odvoda			DA	33/41				
2.3.	SpO2			DA	33/41				
2.4.	NIBP - neinvazivni tlak i iNIBP mjerenje tlaka oscilometrijskim načinom uz prikaz SI i RPP parametara			DA	33/41				
2.5.	2x IBP			DA	34/41				
2.6.	Mjerenje parametara PPV (varijabilnost pulsog tlaka) i SPV (varijabilnost sistoličkog tlaka)			DA	30/41, 34/41				
2.7.	2x Temperatura u mjernom rasponu do 0 do 45°C i delta Temperature			DA	34/41				
2.8.	etCO2 intubiranih i neintubiranih pacijenata (mjerenjem iz bočne ili glavne struje plina)			DA	34/41				
2.9.	Vrijeme zagrijavanja senzora unutar 5 sekundi			DA	34/41				
2.10.	Uključen modul ili program za mjerenje NIBP pokrenuto promjenom vremena prolaza pulsog vala od R zupca u EKG-u do početka pulsne krivulje SpO2 mjerenja (CNAP ili PWTT ili jednakovrijedno)			DA	30/41				
2.11.	Mogućnost nadogradnje monitora programom za mjerenje CCO jednom od dostupnih poluinvezivnih ili neinvazivnih metoda (Picco + ili Picco 2 ili Vigilance ili Vigilance2 ili Vigileo ili LiDCO ili esCCO ili jednakovrijedno)			DA	30/41				
3.	Pribor za praćenje traženih parametara, za svaki monitor			DA	38/41				
3.1.	EKG priključni kabel			DA	38/41				
3.2.	EKG 3-žilni kabel za mjerenje I, II i III odvoda			DA	38/41				
3.3.	Cijev za mjerenje tlaka sa dvije manžete za odrasle različitih veličina			DA	38/41				
3.4.	Dvije manžete za odrasle M (srednje 13cm širine) i L (velika 16cm širine)			DA	38/41				
3.5.	Priključni kabel za SpO2 sondu			DA	38/41				
3.6.	Višekratna sonda (kvačica) za SpO2 mjerenje, vodonepropusna			DA	38/41				
3.7.	Kutija jednokratnih EKG elektroda (najmanje 150 kom)			DA	38/41				
3.8.	Punjiva baterija Lithium ion			DA	38/41				
4.	Ostalo			DA	32/41				
4.1.	Mogućnost umreženja monitora s centralnom stanicom			DA	32/41				
4.2.	Mogućnost nadogradnje monitora s pisačim modulom s najmanje 3-kanala			DA	38/41				
4.3.	Sukladnost sa standardima: IEC 60601-1-6:2010, EN 12470-4: 2000, ISO 9919: 2005			DA	36/41				
4.4.	Jamstvo u najmanjem periodu od 24 mjeseca			DA	24/41				
Ukupan iznos u eurima bez PDV-a:								13.104,00 kn	
Iznos PDV-a:								3.276,00 kn	
Sveukupan iznos u eurima s PDV-om:								16.380,00 kn	