

**Klinička bolnica Dubrava**  
Avenija Gojka Šuška 6  
10000 Zagreb  
Telefon: 01 / 290 34 44  
Telefax: 01 / 286 42 49  
Zagreb, 24.11.2023. godine  
Ur. broj: 37-295/23-7

- SVI ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI-

### **Pojašnjenje i Obavijest**

**Datum slanja Poziva na dostavu ponuda:** od 17. studenog 2023.

**Predmet nabave:** Uređaj za terapijsko doziranje dušičnog monoksida

**Evidencijski broj nabave:** 2.1.2.4.92. A - 217/2023

Sukladno zahtjevima i upitima zainteresiranih potencijalnih gospodarskih subjekata, Naručitelj mijenja određene stavke u Tehničkoj specifikaciji te sukladno tome prolongira rok za dostavu ponuda.

U nastavku Naručitelj stavlja na raspolaganje pristigle upite zainteresiranog gosp. subjekta te odgovore na iste:

#### **UPIT:**

##### **1. Stavkom 1.2. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Za terapiju se koriste plinske boce za različitim koncentracijama NO, kompatibilan sa koncentracijama 225-1000 ppm"*

##### **Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Za terapiju se koriste plinske boce za različitim koncentracijama NO, kompatibilan sa koncentracijama 50-1000 ppm".*

**Odgovor:** Prihvaća se

#### **UPIT:**

##### **2. Stavkom 1.7. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Opseg doziranje 0 - 80 ppm"*

##### **Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Opseg doziranja 0,1 – 99,9 ppm"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća jer veća koncentracija od 80 ppm se nikada u terapiji ne primjenjuje.

**UPIT:**

**3. Stavkom 1.8. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Integrirani monitoring plinova uz pomoć odgovarajućih senzora za NO, NO2 i O2"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Mjerenje koncentracije plinova NO/NO2"*

Mjerenje koncentracije O2 predlažemo propisati kao dodatnu mogućnost.

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća jer uređaj mora biti opremljen sa sensorima za mjerenje koncentracije, NO, NO2 i O2.

**UPIT:**

**4. Stavkom 1.10. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Za rad koristi vanjsko napajanje koje daje napon od 24 V DC, certificirano za medicinsku upotrebu"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Za rad koristi vanjsko napajanje 100 V do 250 V AC"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća jer propisanim se omogućava dulji rad uređaja bez napajanja električne energije.

**UPIT:**

**5. Stavkom 1.12. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Upravljanje pomoću min. 10,1" LCD ekrana osjetljivog na dodir"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"LED zaslon veličine minimalno 64 x 240 piksela"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća jer je propisan zaslon "user friendly" te omogućava praćenje više parametara.

**UPIT:**

**6. Stavkom 1.12. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Unutarnja baterija, autonomije min. 4 sata, kako bi se osigurao neprekidan rad uređaja u slučaju prekida vanjskog napajanja"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Unutarnja baterija, autonomije min. 2 sata, kako bi se osigurao neprekidan rad uređaja u slučaju prekida vanjskog napajanja"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća.

**UPIT:**

**7. Stavkom 1.13. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Preuzimanje svih događaja, alarma i izvješća o doziranju lijeka pomoću spajanja USB memorijskog štapića"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Implementirano sučelje protokola za sustave PDMS (sustav za upravljanje dokumentima pacijenata)"*

**Odgovor:** Djelomično se prihvaća.

Sada glasi:

Preuzimanje svih događaja, alarma i izvješća o doziranju lijeka pomoću spajanja USB memorijskog štapića ili pomoću sustava PDMS.

**UPIT:**

**8. Stavkom 1.20. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"Podvozje sa košarom za smještaj 2 boce NO i 1 boce O2"*

**Predlažemo izmjenu tražene tehničke karakteristike na način da ista sada glasi:**

*"Podvozje sa košarom za smještaj 2 boce NO"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća jer mora biti mogućnost za smještaj boce kisika.

**UPIT:**

**9. Stavkom 1.22. Tehničke specifikacije propisano je:**

*"U isporuku uključene dvije plinske boce s dušikovim oksidom NO u koncentraciji do 1000 ppm"*

**Odgovor:** Naručitelj ne prihvaća.

Novi rok za dostavu ponuda je **28.11.2023. godine do 10:00 sati** na adresu: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, preporučenom poštom ili osobnom dostavom u Uredžbeni ured.

*S poštovanjem,*

**SLUŽBA NABAVE**