

**Klinička bolnica Dubrava**  
Avenija Gojka Šuška 6  
10000 Zagreb  
Telefon: 01 / 290 34 44  
Telefax: 01 / 286 42 49

Zagreb, 15.03.2024. godine  
Ur. broj: 37-109/24-9

- SVI ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI-

### **Pojašnjenje i Obavijest**

**Datum slanja Poziva na dostavu ponuda:** od 07. ožujka 2024.

**Predmet nabave:** Perilica za boce za Bolničku ljekarnu

**Evidencijski broj nabave:** 2.1.2.4.44. A - 28/2024

U nastavku Naručitelj stavlja na raspolaganje pristigle upite zainteresiranog gosp. subjekta te odgovore na iste:

#### **UPIT:**

1. Za Redni broj 2.2.: Komora i vrata moraju biti od nehrđajućeg čelika 316L, puna vrat ili jednakovrijednog materijala

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„Komora i vrata moraju biti od nehrđajućeg čelika 316L ili 1.4301/304, puna vrata ili jednakovrijednog materijala”**

**Odgovor:** Prihvaća se. Za redni broj 2.2. specifikacija se može proširiti i na 304 tip nehrđajućeg čelika pod uvjetom da se koriste neutralizacijska sredstva, jer 316 sadrži molibden i time bolja antikorozivna svojstva u odnosu na 304, osobito važna prilikom izlaganja metala detergentima i solima

2. **Za Redni broj 2.7.:** 5 standardnih programa pranja uz dodatnu mogućnost konfiguracije individualiziranog korisničkog programa

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„Minimalno 14 standardnih programa pranja sa minimalno 2 individualizirana korisnička programa”**

**Odgovor:** Prihvaća se. Za redni broj 2.7. specifikacija se može proširiti na "najmanje 5 standardnih programa pranja sa najmanje 2 individualizirana korisnička programa", jer mi trebamo program za

pranje boca staklenih uskog grla volumena 100 ml do 1000 ml, za što je obično dovoljan manji broj programa

**3. Za Redni broj 2.8. :** Vanjske dimenzije: 600-900 mm širine x oko 1500 mm visine x 750-800 mm dubine

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**“Vanjske dimenzije: 600-900 mm širine x oko 1500 mm visine x 600-900 mm dubine”**

**Odgovor:** Djelomično se prihvaća. Za redni broj 2.8. je djelomično prihvatljiv prijedlog predlagatelja po pitanju vanjskih dimenzija uređaja. Smanjenje dubine na najmanje 600 mm je prihvatljivo, ali povećanje dubine na najviše 900 mm nije jer se neće moći puniti i prazniti perilica, jer je prostor preplitak, dakle promijenjena specifikacija 2.8. je: " **Vanjske dimenzije; 600-900 mm širine x oko 1500 mm visine x 600-800 mm dubine** " .

**4. Za Redni broj 2.9.:** Dimenzije komore (ŠxVxD): 530-550 mm širine x 540-560 mm visine x 520-600 mm dubine

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**“Dimenzije komore (ŠxVxD): 530-550 mm širine x 520-560 mm neto korisne visine x 520-600 mm dubine”**

**Odgovor:** Prihvaća se. Za redni broj 2.9. unutarnje dimenzije, prihvatljiv je prijedlog predlagatelja u cijelosti, jer 2 cm manje neto korisne visine od specificirane u natječaju je prihvatljiv i ne nerušava korisnost tj. kapacitet uređaja.

**5. Za Redni broj 2.10.** 2 etaže pranja na 3 nivoa, s doziranjem tekućina na sve nivoe

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„2 etaže pranja na minimalno 4 razine, s doziranjem tekućina na sve razine”**

**Odgovor:** Djelomično se prihvaća. Za redni broj 2.10 je djelomično prihvatljiv prijedlog predlagatelja po pitanju etaža i razina/nivoa pranja, jer "najmanje 3 razine pranja" uključuju i slučaj kada postoje i više od 3 razine pranja, dakle promijenjena specifikacija 2.10. je: " 2 etaže pranja na najmanje 3 razine, s doziranjem tekućina na sve razine"

**6. Za Redni broj 2.12.:** Temperaturni senzor: 1 kom

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„Temperaturni senzor minimalno 1 kom sa prikazom temperature na zaslonu perilice”**

**Odgovor:** Prihvaća se. Za redni broj 2.12. prihvatljiv je prijedlog predlagatelja u cijelosti, jer se prokazom temperature očitavanja na zaslonu ima bolji uvid u kvalitetu i status pranja.

7. **Za Redni broj 4.1.:** Sušenje mora biti električnim grijačima

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„Sušenje mora biti električnim grijačima sa protokom zraka minimalno 60 m<sup>3</sup>/h i sa zaštitom preko HEPA filtra H14”**

**Odgovor:** Djelomično se prihvaća. Za redni broj 4.1. je djelomično prihvatljiv prijedlog predlagatelja, jer se će se uređaj nalaziti u prostoru bez dodatnih potencijalno opasnih čestica u zraku dakle u prostoru koji nema problema sa čistoćom zraka ili prisutnošću neprimjerenih čestica, a i HEPA filteri zahtjevaju redoviti nadzor i zamjenu i nisu neophodni za prihvatljivu razinu čistoće boca, a protok zraka treba osigurati učinkovito sušenje, dakle promijenjena specifikacija 4.1. je: " sušenje mora biti električnim grijačima i osigurati učinkovito sušenje"

8. **Za Redni broj 5.1.** Košara za pranje s mlaznicama vanjskog promjera 8mm, Perivost: 12 mlaznica (H:140mm-145mm)- 2 komada

molimo izmjenu tehničkih karakteristika kako slijedi:

**„Košara za pranje s mlaznicama vanjskog promjera minimalno 6mm, Perivost: 12 mlaznica (H:130mm-145mm)- 2 komada”**

**Odgovor:** Prihvaća se. Za redni broj 5.1 prihvatljiv je prijedlog predlagatelja u cijelosti, jer je bitno da postoje 2 komada košara s mlaznicama koje učinkovito peru unutrašnjost 12 boca, pa najmanje 6 mm vanjskog promjera mlaznica, kao i visina mlaznica od 130-145 mm su prihvatljivi intervali dimenzija istih.

Novi rok za dostavu ponuda je **22.03.2024. godine do 11:00** sati na adresu: Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, preporučenom poštom ili osobnom dostavom u Urudžbeni ured.

*S poštovanjem,*

Služba za nabavu, investicije i EU projekte