

UR. BROJ: 37-141/24-7  
Zagreb, 15. ožujka 2024. godine.

## POJAŠNJENJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OBAVIJEST SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**PREDMET:** Zahtjev za promjenom tehničke specifikacije u postupku jednostavne nabave: *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju*, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024.

Dostavlja se objašnjenje gospodarskom subjektu na zahtjev za pojašnjenjem tehničke specifikacije u postupku jednostavne nabave *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju*, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024. Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama KB Dubrava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dana 12. ožujka 2024. godine.

### 1. Upit gospodarskog subjekta:

Traži se električni lifter. Iz takvog opisa nije razvidno da li taj lifter može biti kabelom uključen u zidnu utičnicu ili se traži elektrohidrauličko podešavanje visine sa ugrađenom baterijom. U tom slučaju predlažemo definirati snagu i Kapacitet baterije, te jednoznačno opisati traži li se integrirani ili eksterni punjač, da li je uključen kabel za punjenje i dr.

### 1. Odgovor naručitelja:

*Traži se elektrohidrauličko podešavanje visine sa ugrađenom baterijom. Nismo u mogućnosti definirati snagu i kapacitet baterije jer ne raspolazemo datim podacima te ne možemo odrediti da li nam treba integrirani ili eksterni punjač; te svakako smatramo da bi trebao biti uključen kabel za punjenje jer ne možete dobiti licencu o ispravnosti proizvoda. Molim da se za datu točku izvrši uvid u postojeće stanje i predloži rješenje sukladno mogućnostima proizvođača.*

### 2. Upit gospodarskog subjekta:

U opisu je opisan filter za lijes, a kasnije se spominju uložne police. Molimo definirati da li korisnik želi pomoću liftera ulagati u hladnjak lijes ili uložne police na kojima se nalazi pokojnik.

### 2. Odgovor naručitelja:

*Lifter nije predviđen za lijes nego za uložne police.*

### 3. Upit gospodarskog subjekta:

U opisima se zahtjeva gornja ploha s klizim valjcima. Molimo Vas i specifikaciju koliko se minimalno valjaka traži, njihov promjer i površinsku zaštitu te predvidjeti mogućnost njihovog koćenja kako ne bi došlo do pada pokojnika.

### **3. Odgovor naručitelja:**

*Nismo u mogućnosti specificirati minimalni broj valjaka, njihov promjer i površinsku zaštitu jer ne proizvodimo medicinski proizvod. Tražene specifikacije moraju zadovoljiti postojeću instaliranu opremu. Molim da se za datu točku izvrši uvid u postojeće stanje i predloži rješenje sukladno mogućnostima proizvođača.*

### **4. Upit gospodarskog subjekta:**

U traženim tehničkim specifikacijama traži se podešavanje visine filtera od 40 – 184 cm. Tražene dimenzije su ograničavajuće za ponuditelje. Kako bi se proširio broj potencijalnih ponuditelja predlažemo da u opis u tom dijelu glasi: Visina podesiva od 40 cm ili niže do 184 cm ili više.

### **4. Odgovor naručitelja:**

*Prihvata se prijedlog točke 4 u potpunosti. Lifter treba zadovoljiti visinu minimalno 40 cm ili niže i višu 184 cm ili više.*

### **5. Upit gospodarskog subjekta:**

Molimo Vas definiranje dimenzije (dužine i širine) liftera u granicama ili toleranciji odstupanja od traženih dimenzija kako bi se povećao mogućnost sudjelovanja više ponuđača. Predlažemo da opis u tom dijelu glasi: Dužina minimalno 195 cm ili više i širina minimalno 65 cm i više.

### **5. Odgovor naručitelja:**

*Djelomično se prihvata prijedlog točke 5. da dužina bude minimalno 195 cm ili više i širina minimalno 72 cm ili više jer su to vrijednosti koje odgovaraju trenutnom stanju.*

### **6. Upit gospodarskog subjekta:**

U tehničkom opisu nisu definirane dimenzije postojećih uložnih polica niti traženo tehničko rješenje ulaganja polica u hladnjak, a kako bi ponuđena oprema bila kompatibilna na postojećim uložnim policama. Predlažemo specificirati na koji se način uložne police ulažu u hladnjak (klize li po valjcima cijelom svojom površinom, postoje li šine na uložnim policama po kojima iste klize ili se traži neko treće tehničko rješenje).

### **6. Odgovor naručitelja:**

*Nismo u mogućnosti specificirati tehničko rješenje ulaganja polica u hladnjak, jer ne proizvodimo medicinsku opremu. Molim da se za datu točku izvrši uvid u postojeće stanje i predloži rješenje sukladno mogućnostima proizvođača.*

Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave ***Električni lift za ljes za Klinički zavod za patologiju i citologiju***, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024.

Novi rok za dostavu ponuda je do **21.03.2024.** godine do **13:00 sati.**

Naručitelj je izmijenio troškovnik i u cijelovitom obliku stavio na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom: **1. Izmjena\_Prilog 2. Troškovnik.**

**S poštovanjem,**

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU**