

UR. BROJ: 37-141/24-8  
Zagreb, 21. ožujka 2024. godine.

## POJAŠNJENJE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I OBAVIJEST SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

**PREDMET:** Zahtjev za promjenom tehničke specifikacije u postupku jednostavne nabave: *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju*, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024.

Dostavlja se objašnjenje gospodarskom subjektu na zahtjev za pojašnjenjem tehničke specifikacije u postupku jednostavne nabave *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju*, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024. Poziv za dostavu ponuda objavljen je na internetskim stranicama KB Dubrava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dana 12. ožujka 2024. godine.

### 1. Upit gospodarskog subjekta:

Nastavno na „Pojašnjenje tehničke dokumentacije i Obavijest“ koji smo zaprimili 15.03.2024., a vezano za postupak jednostavne nabave *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024* – Poziv za dostavu ponuda objavljen na internetskim stranicama KB Dubrava svim zainteresiranim gospodarskim subjektima dana 12. ožujka 2024. godine – *a s obzirom da smo izvršili uvid u postojeće stanje, i uvidjeli Vaše potrebe, predlažemo nadopunu tehničke specifikacije za lifter koja će Vašim potrebama udovoljiti:*

- Lifter opremljen vlastitom upravljačkom kutijom s integriranim punjačem baterija i odgovarajućom baterijom (pričvršćeno za lifter).
- Punjenje se vrši pomoću uključenog kabela za punjenje
- Vrsta baterije: Li-Ion BAJL
- Kapacitet baterije: 3.3. Ah
- Energija baterije: 84 Wh
- Lifter se isporučuje sa 6 valjaka
- Valjci su od nehrđajućeg čelika, promjera 40 mm
- Kako bi se izbjegao eventualni pad pokojnika, opremljen je stop sustavom.

### 1. Odgovor naručitelja:

*Naručitelj djelomično prihvata prijedlog izmjene.*

*Naručitelj dodaje stavke troškovnika kako slijedi:*

*1.6. Vanjsko napajanje uređaja za punjenje baterija 220-230V 50 Hz*

*1.7. Autonomno baterijsko napajanje uređaja sa pripadajućom opremom za punjenje i kablovima.*

*1.8. Sustav za spriječavanje pada pokojnika.*

*Stavku 1.3. mijenja te sada ona glasi: Visina podesiva od 40 cm ili niže do 184 cm ili više.*

Naručitelj mijenja rok za dostavu ponuda za predmet jednostavne nabave *Električni lift za lijes za Klinički zavod za patologiju i citologiju*, evidencijskog broja nabave: 2.1.2.4.49. A – 32/2024.

Novi rok za dostavu ponuda je do **26.03.2024.** godine do **13:00 sati.**

Naručitelj je izmijenio troškovnik i u cjelovitom obliku stavio na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom: **2. Izmjena\_Prilog 2. Troškovnik.**

Naručitelj mijenja poziv za dostavu ponuda u dijelu **Prilog 1. Tehnička specifikacija te sada glasi :**

„Minimalni jamstveni rok za ponuđeni uređaj je **2 (dvije)** godine od dana potpisivanja Primopredajnog zapisnika. U cijenu je uključeno servisiranje i održavanje predmeta nabave za razdoblje od **2 (dvije) godine** te otklanjanje nastalih kvarova koji su nastali redovnom upotrebom u skladu s uputama proizvođača, zamjena svih komponenti koje se pokvare na trošak Isporučitelja unutar jamstvenog roka.

Naručitelj je izmijenio Poziv za dostavu ponude i u cjelovitom obliku stavio na raspolaganje zainteresiranim gospodarskim subjektima pod nazivom: **Izmjena poziva za dostavu ponude.**

**S poštovanjem,**

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA NABAVU**