

Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb
Telefon: 01 / 290 34 44
Telefax: 01 / 286 42 49

Zagreb, 13.03.2024. godine
Ur. broj: 37-109/24-7

- SVI ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI-

Pojašnjenje i Obavijest

Datum slanja Poziva na dostavu ponuda: od 07. ožujka 2024.

Predmet nabave: Perilica za boce za Bolničku ljekarnu

Evidencijski broj nabave: 2.1.2.4.44. A - 28/2024

U nastavku Naručitelj stavlja na raspolaganje pristigle upite zainteresiranog gosp. subjekta te odgovore na iste:

UPIT:

1. Pitanje vezano uz odjeljak 2.2.2.

Prihvaćate li da bude ponuđen i uređaj koji ima CE oznaku, ali nije sukladan Zakonu o medicinskim proizvodima?

Obzirom da navedene tehničke specifikacije zadovoljava i laboratorijska perilica koja nema oznaku medicinskog proizvoda, molimo vas da nam omogućite da ponudimo uređaj koji nije klasificiran kao medicinski proizvod.

Odgovor: Prihvaća se. Perilica za laboratorijsko suđe i boce namijenjena za pranje primarnog spremnika za pakiranje galenskih i magistralnih pripravaka, a ne samostalno ili zajedno s nekim drugim predmetom u dijagnostici ili terapiji, dakle, boca dolazi u kontakt sa lijekom, a ne uređaj za pranje, pa perilica ne može biti obuhvaćena definicijom za medicinski uređaja, barem ne kada je zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/2013)u pitanju.

S poštovanjem,

Služba za nabavu, investicije i EU projekte