



Klinička bolnica Dubrava
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

Ur. broj: 37-329/24-7
Zagreb, 09. listopada 2024.

- SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA-

Obavijest o izmjeni troškovnika-tehničke specifikacije

Datum slanja Poziva na dostavu ponuda: 04. listopada 2024.

Predmet nabave: Nabava jednokratnih kolangioskopa za potrebe Zavoda za gastroenterologiju, hepatologiju i kliničku prehranu.

Evidencijski broj nabave: 1.1.2.16.C – 187/2024

Naručitelj mijenja stavku 1 Tehničkoj specifikaciji koja glasi:

Jednokratni kolangiopankreatoskop:

- Radna duljina 2200 mm
- Rezolucija kamere: 120.000-160.000 piksela
- Izvor svjetla (LED) u kolangioskopu

mijenja se i sada glasi:

Jednokratni kolangiopankreatoskop:

- Radna duljina od 2140 mm do 2200 mm
- Rezolucija kamere: 120.000-160.000 piksela
- Izvor svjetla (LED) u kolangioskopu

Ostale odredbe ostaju nepromijenjene.

S poštovanjem,

Služba za nabavu, investicije i EU projekte