

URBROJ: 37-246/25-4  
Zagreb, 22.9.2025. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET:** Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

**1. Osnovne informacije**

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Elektrokirurški generator (Sala br. 9 – MFK dvorana)
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 29.400,00 € bez PDV-a
- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 21. kolovoza 2025. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 26. kolovoza 2025. godine u 16:00 sati.

**2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi**

U okviru tehničkih konzultacija, **pravodobno je zaprimljen prijedlog za izmjenu Troškovnika** gospodarskog subjekta, dostavljen elektroničkom poštom, sukladno uvjetima iz Poziva.

**3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima**

Naručitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare te je neke od prijedloga/komentara prihvatio u okviru pripreme konačne verzije Troškovnika/ tehničkih specifikacija.

### **1. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.1.:**

Predlažemo da izbacite stavku 434.000 puta u sekundi jer direktno aludirate na samo jednog proizvođača ( Covidien ).

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog. Novi opis stavke glasi: Mjerenje otpora tkiva minimalno 430.000 puta u sekundi uz automatsku kontrolu snage za različite tipove tkiva, prilagodljiva izlazna snaga za različite tipove tkiva.

### **2. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.2.:**

Predlažemo da se veličina ekrana poveća na maksimalno 10.4", te izbacij podjela na kvadrante jer različiti proizvođači imaju različita rješenja pregleda pojedinačnih navedenih izlaza.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj djelomično prihvaća prijedlog. Podjelom na kvadrante u svakom trenutku dostupan je pregled aktivnosti pojedinačnih izlaza. Novi opis stavke glasi: Minimalno 7" (17.8 cm) do maksimalno 10.5" (26.7 cm) LCD zaslon osjetljiv na dodir, podijeljen na četiri kvadranta; dva monopolarna kvadranta, jedan bipolarni i jedan za zavarivanje krvnih i limfnih žila.

### **3. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.3.:**

Priključak povratne elektrode bi također trebalo nadzirati prema simteriji ulazne struje jer samo tako osiguravate maksimalnu sigurnost.

**Odgovor Naručitelja:** Budući da nema konkretnog prijedloga za izmjenom, opis ostaje isti.

### **4. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.4.:**

Priključak povratne elektrode bi također trebalo nadzirati prema simteriji ulazne struje jer samo tako osiguravate maksimalnu sigurnost.

**Odgovor Naručitelja:** Budući da nema konkretnog prijedloga za izmjenom, opis ostaje isti.

### **5. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.5.:**

Predlažemo da se stavki doda tekst " ili jednakovrijedno",naime drugi proizvođači imaju rješenja kojima se tražena funkcija postiže preko treće tipke a ne klizača kako je traženo ili kombinacijom pritiska dvije tipke.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu. Troškovnik je napravljen u skladu s potrebama struke. Radi vrlo specifičnog radnog polja naših operatera, zahtjev struke je da imaju mogućnost da sami određuju izlaznu snagu te da ju mogu brzo i efikasno sami promijeniti/podesiti prema svojstvima tkiva. Napominjemo da je u obvezi predmeta nabave opisati sukladno svojim stvarnim potrebama i zahtjevima struke, a ne sukladno mogućnostima raznih gospodarskih subjekata.

#### **6. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.6.:**

Predlažemo da se stavki doda tekst " ili jednakovrijedno",naime drugi proizvođači imaju rješenja kojima se tražena funkcija postiže preko treće tipke a ne klizača kako je traženo ili kombinacijom pritiska dvije tipke.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu. Troškovnik je napravljen u skladu s potrebama struke. Radi vrlo specifičnog radnog polja naših operatera, zahtjev struke je da imaju mogućnost da sami određuju izlaznu snagu te da ju mogu brzo i efikasno sami promijeniti/podesiti prema svojstvima tkiva. Napominjemo da je u obvezi predmeta nabave opisati sukladno svojim stvarnim potrebama i zahtjevima struke, a ne sukladno mogućnostima raznih gospodarskih subjekata.

#### **7. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.7.:**

Predlažemo da se stavki doda tekst " ili jednakovrijedno", naime drugi proizvođači imaju rješenja sa višekratnim instrumentom te kukicu kao separadni instrument.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća prijedlog. Opisani instrument pod stavkom 1.7. objedinjuje dvije funkcije u jednom instrumentu. Time se eliminira potreba za korištenjem dodatnog instrumenta što daje veću sigurnost operateru prilikom korištenja, te manji broj manipulacija tijekom operativnog zahvata.

#### **8. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.11.:**

Predlažemo da se stavki doda tekst " ili jednakovrijedno", naime drugi proizvođači imaju drugačija rješenja sa višekratnim/jednokratnim instrumentom.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj prihvaća prijedlog. Novi opis stavke glasi: Minimalno 13 različitih instrumenata za bipolarnu fuziju krvnih žila, limfnih žila i snopova tkiva do i uključujući 7 mm promjera sa odvojenim koaguliranjem i rezanjem; mogućnost korištenja višekratnog instrumenta koji se koristi sa jednokratnom elektrodom/navlakom ili jednakovrijedno.

#### **9. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.14.:**

Predlažemo da se stavka izbacila ili preformulira zbog platformi koje više ne iskazuju snagu ( samo efekt ) te kao takvu više niti nije moguće promijeniti ( radi se o generatorimam koji snagu imaju potpuno automatiziranu ).

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu. Troškovnik je napravljen u skladu s potrebama struke. Radi vrlo specifičnog radnog polja naših operatera, zahtjev struke je da imaju mogućnost da sami određuju izlaznu snagu te da ju mogu brzo i efikasno sami promijeniti/podesiti prema svojstvima tkiva. Napominjemo da je u obvezi predmeta nabave opisati sukladno svojim stvarnim potrebama i zahtjevima struke, a ne sukladno mogućnostima raznih gospodarskih subjekata.

**10. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.16.:**

Gumb za vraćanje zadnje korištenih postavki prije isključivanja.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu. Troškovnik je opisan u skladu s potrebama struke jasno, nedvojbeno i neutralno.

**4. Zaključak**

Tehničke konzultacije su okončane 22. rujna 2025. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

