Klinička bolnica Dubrava
Služba za nabavu, investicije i EU projekte
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

URBROJ: 37-236/25-4
Zagreb, 17.9.2025. godine

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Zanavljanje anesteziološke opreme u salama 9 i 10
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 210.000,00 € bez PDV-a
- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 9. rujna 2025. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 15. rujna 2025. godine u 16:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija, **pravodobno je zaprimljen prijedlog za izmjenu Troškovnika** gospodarskog subjekta, dostavljen elektroničkom poštom, sukladno uvjetima iz Poziva.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima

Naručitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare te je iste prihvatio u okviru pripreme konačne verzije Troškovnika/ tehničkih specifikacija.

1. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 3.10.:

Dvije šine dimenzije presjeka 10x25 mm na bočnim stranama opskrbnog stupa, duljine minimalno ~~180 cm~~ mm.

Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom. Stavka troškovnika sada glasi: *„Dvije šine dimenzije presjeka 10x25 mm na bočnim stranama opskrbnog stupa, duljine minimalno180 mm."*

2. Prijedlog za izmjenom stavke troškovnika 1.1.:

Montaža na ~~kirurški~~ anesteziološki stropni stativ, s ugrađenim daljinskim upravljačem za upravljanje stropnim stativom i njegovo pozicioniranje, ladica i radna površina za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta

Odgovor Naručitelja: Naručitelj prihvaća prijedlog za izmjenom. Stavka troškovnika sada glasi: *„Montaža na anesteziološki stropni stativ, s ugrađenim daljinskim upravljačem za upravljanje stropnim stativom i njegovo pozicioniranje, ladica i radna površina za pisanje s rasvjetom podesivog intenziteta."*

4. Zaključak

Tehničke konzultacije su okončane 17. rujna 2025. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

KLINIČKA BOLNICA ZAGREB Av. Gojka Šuška 6 DUBRAVA