Klinička bolnica Dubrava
Služba za nabavu, investicije i EU projekte
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

URBROJ: 37-316/25-9
Zagreb, 14.10.2025.

- SVI ZAINTERESIRANI GOSPODARSKI SUBJEKTI-

2. Pojašnjenje i Obavijest

Datum slanja Poziva na dostavu ponuda: 8. listopada 2025.

Predmet nabave: Nabava laboratorijskog hladnjaka i zamrzivača za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju

Evidencijski broj nabave: 23.106. -268/2025

Sukladno zahtjevu i upitu zainteresiranih gospodarskih subjekata, u nastavku Naručitelj stavlja na raspolaganje pristigle upite zainteresiranih gosp. subjekata te odgovor na iste:

1. **UPIT:**

Red. broj 1.6. glasi:
Buka pri radu ne veća od 47 dBA.
Molimo izmjenu u: Buka pri radu ne veća od 55 dB.

Odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Naručitelj je definirao maksimalnu razinu buke koja je prihvatljiva u postojećoj radnoj okolini.

2. **UPIT:**

Red. broj 1.14. glasi:
Rashladni plin R600a.
Molimo izmjenu u: Rashladni plin R600a ili R290.

Odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Naručitelj je definirao optimalni rashladni plin koji pruža zadovoljavajući omjer efikasnosti i utjecaja na okoliš.

3. **UPIT:**

Red. broj 2.4. glasi:
Unutrašnjost od čelika / obojanog čelika ili aluminija.
Molimo izmjenu u: Unutrašnjost od čelika / nehrđajućeg čelika / obojanog čelika ili aluminija.

Odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Naručitelj je već definirao čak tri moguće varijante unutrašnjosti koje može zadovoljiti niz proizvođača.

4. **UPIT:**

Red. broj 2.7. glasi:
Buka pri radu ne veća od 47 dBA.
Molimo izmjenu u: Buka pri radu ne veća od 55 dB.

Odgovor: NE PRIHVAĆA SE. Naručitelj je definirao maksimalnu razinu buke koja je prihvatljiva u postojećoj radnoj okolini.

5. **UPIT:**

Obraćamo Vam se ovim putem kao zainteresirani gospodarski subjekt za predmet nabave Nabava laboratorijskog hladnjaka i zamrzivača za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju, evidencijski broj nabave: 23.106. – 268/2025., te Vas ovim putem ljubazno molimo za produljenje roka za dostavu ponuda do 20.10. zbog potrebe dodatnog vremena za prikupljanje i usklađivanje kompletne potrebne dokumentacije.

Odgovor: NE PRIHVAĆA SE.

Naručitelj ne mijenja rok za dostavu ponuda.

S poštovanjem,
Služba za nabavu, investicije i EU projekte