



Klinička bolnica Dubrava
Služba za nabavu, investicije i EU projekte
Avenija Gojka Šuška 6
10000 Zagreb

URBROJ: 37-67/26-4
Zagreb, 24. ožujka 2026.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama
- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Baterijska bušilica i baterijska pila za potrebe hitnih operacijskih dvorana
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 32.300,00 eura bez PDV-a.
- **Grupe predmeta nabave:** Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 17. ožujka 2026. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 24. ožujka 2026. godine u 10:00 sati.

2. Zaprmljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija zaprimljen je jedan zahtjev s prijedlozima za izmjenu/ dopunu tehničkih specifikacija.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.

Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.

Prijedlozi:

Predlaže se izmjena troškovnika na način kako slijedi: „1. Baterijska bušilica za traumatologiju i ortopediju; omogućuje bušenje, reaming, uvođenje žica i pinova; kontinuirana regulacija brzine; bušenje 0-890 rpm (6.5 Nm); reaming 0-250 rpm (21 Nm); mogućnost promjene smjera rotacije; masa bez baterije ≤1500 g; montaža nastavaka bez alata; sigurnosni mehanizam; autoklavabilne komponente; 2. Oscilacijska brzina 15.000 cpm; kut oscilacije 3°–5°; masa bez baterije ≤1500 g, brza izmjena listova bez alata; sigurnosni mehanizam; ergonomske dizajn; autoklavabilne komponente; 3. Li-ion baterije 3000 mAh; masa ≤400 g; vrijeme punjenja ≤45 min; punjač s min. 2 mjesta; indikator napunjenosti; 4. JACOBS adapter za bušenje, reaming, žice i pinove; 5. JACOBS ključ za adapter; 6. AO Synthes adapter; 7. Adapter za žicu, 1.6 - 2.5mm; 8. Adapter za pin, 2.6- 3.2mm; 9. Punjač kompatibilan s baterijama ortopedskog motornog sustava; omogućuje istovremeno punjenje najmanje 2 baterije; vrijeme punjenja baterije 0-100% za ≤45 minuta; opremljen indikatorom statusa napunjenosti; dizajniran za sigurno i jednostavno rukovanje; 10. Okvir za sterilno postavljanje baterije; 11. Sterilizacijski kontejner za pohranu i sterilizaciju bušilice i adekvatnih nastavaka; izrađen od ne-korozivnog materijala; omogućuje sigurno zatvaranje i zaštitu sadržaja tijekom transporta i sterilizacije“

Odgovor: Naručitelj ne prihvaća prijedlog izmjene troškovnika. Naručitelj je troškovnikom na jasan način opisao minimalno tehničke karakteristike traženog proizvoda. Predloženi troškovnik ne zadovoljava te minimalne tehničke karakteristike i stoga Naručitelj ne prihvaća traženu izmjenu.

4. Zaključak

Tehničke konzultacije su okončane 24. ožujka 2026. godine.

Naručitelj zahvaljuje na dostavljenim mišljenjima i prijedlozima te će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

