

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA za predmet nabave:

Usluga održavanja medicinskih uređaja proizvođača GE Healthcare

U cjelovito servisno održavanje uređaja GE Healthcare uključeno je sljedeće:

Redovito i korektivno održavanje dinamikom propisanom od strane proizvođača (Polugodišnji/ili godišnje, ovisno o vrsti i složenosti dijagnostičkih uređaja) ili uočenih nedostataka prilikom uporabe uređaja i opreme na zahtjev Naručitelja unutar razdoblja trajanja ugovora:

Preventivno održavanje i dijagnostika kvara prema tvorničkim uputstvima i uz korištenje kalibriranih mjernih instrumenata i servisnog pribora verificiranog od proizvođača.

- Isporuka i ugradnja svih neispravnih dijelova unutar uređaja prema uputama proizvođača, uključivo el. ploče i monitore
- Jamstvo na dijelove i izvedene radove vrijedi 6 mjeseci za novougrađene dijelove od datuma ugradnje
- Vrijeme odaziva u roku od 24 radna sata od pisane obavijesti
- Garantirana raspoloživost zamjenskih uređaja u iznosu od min. 95% za cjelokupno vrijeme trajanja ugovora
- Kontrola funkcije cjelokupne opreme (Uključujući inspekciju sigurnosno-tehničkog stanja uređaja)