

URBROJ: 37-114/26-4
Zagreb, 22. travnja 2026.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama
- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava.
- **Predmet nabave:** Nabava mikrotoma za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju.
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 44.400,00 eura bez PDV-a.
- **Grupe predmeta nabave:** Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 13. travnja 2026. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 20. travnja 2026. godine u 10:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija zaprimljena su dva zahtjeva s prijedlozima za izmjenu, odnosno pojašnjenje tehničkih specifikacija.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.

Upit prvog gospodarskog subjekta: "Da li je Naručitelju prihvatljivo nuđenje poluautomatskog rotacionog mikrotoma istih ili boljih specifikacija sa jamstvo od 5 godina, a koji se cjenovno u cijelosti uklapa u predviđen proračun javne nabave?"

Odgovor: Naručitelj ne može prihvatiti poluatomatski mikrotom zbog ograničenja električne mreže. Zbog konstantnog uvođenja novih uređaja i analizatora, nismo u mogućnosti prebaciti se s mehaničkog na elektroničke (poluautomatske i automatske) mikrotome jer nam je dostupnost elektroničkih priključaka iznimno ograničena. Prilikom projektiranja bolnice nije predviđena tolika potrošnja električne energije na patologiji.

Prijedlozi drugog gospodarskog subjekta:

1. Predlaže se izmjena stavke 1.11. tehničke specifikacije na način da glasi: „Ergonomski postavljena ručica za mehaničko podrezivanje u 2 koraka za brzo podrezivanje blokova pomoću unaprijed određenih koraka podrezivanja od maksimalno 40µm u jednom stupnju i minimalno 10µm u drugom stupnju“.
2. Predlaže se izmjena stavke 1.20. tehničke specifikacije na način da glasi: „Retrakcija uzorka“.
3. Predlaže se izmjena stavke 1.27. tehničke specifikacije na način da glasi: „Pomicanje postolja držača oštrice 2 u 1 u smjeru sjever-jug“.

Odgovor: Vezano uz točku 1.11. troškovnika, Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu jer bi se istom omogućio nepovratan gubitak materijala. Stručna je služba procijenila da je maksimalni prihvatljivi korak podrezivanja u iznosu od maksimalno 30 mikrometara u jednom stupnju, a uzimajući u obzir finalnu debljinu preparata.

Vezano uz točku 1.20. troškovnika, Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu jer bi se istom značajno usporio proces rada. Stručna je služba procijenila da je minimalno potrebna retrakcija u iznosu od 40 mikrometara kako bi se osigurao postojeći tempo rada.

Vezano uz točku 1.27. troškovnika, Naručitelj ne prihvaća predloženu izmjenu jer bi se istom značajno usporio proces rada. Stručna je služba procijenila da je potrebno pomicanje postolja držača oštrice 2 u 1 u smjeru sjever-jug od minimalno ± 20 mm kako bi se osigurao postojeći tempo rada.

Naručitelj je prije objave tehničke specifikacije / troškovnika proveo istraživanje tržišta te se na objavljenu tehničku specifikaciju mogu javiti minimalno dva zainteresirana gospodarska subjekta.

4. Zaključak

Tehničke konzultacije su okončane 22. travnja 2026. godine.

Naručitelj zahvaljuje na dostavljenim mišljenjima i prijedlozima te će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

prof. dr. sc. Ivica Bukšić, dr. med.

