

URBROJ: 37-112/26-4
Zagreb, 23. travnja 2026.

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama
- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Sigurnosni ormari za zapaljive tvari, kiseline i lužine za potrebe Kliničkog zavoda za patologiju i citologiju.
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 40.400,00 eura bez PDV-a.
- **Grupe predmeta nabave:** Predmet nabave nije podijeljen na grupe.
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade dokumentacije o nabavi.

Naručitelj je dana 13. travnja 2026. godine objavio Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 20. travnja 2026. godine u 10:00 sati.

2. Zaprimiti komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija zaprimljen je jedan zahtjev s prijedlozima za izmjenu/ dopunu tehničkih specifikacija u kojima gospodarski subjekt predlaže dvije opcije izmjena.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima.

Vezano uz stavku 1.1.: Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1200 mm x 500 mm x 1650 mm.

Ad 1.: Vanjske dimenzije: mm 1200 x 500 x 1998 v

Ad 2.: Vanjske dimenzije: mm 1200 x 500 x 1690 v

Zainteresirani gospodarski subjekt u oba prijedloga izmjena zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog izmijene se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 1.2.: Minimalne unutarnje dimenzije 1100 x 450 x 1500 mm.

Ad 1 i Ad 2.: Unutarnje dimenzije: mm 1120 x 450 x 1500 v.

Zainteresirani gospodarski subjekt u oba prijedloga izmjena zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog izmijene se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 1.4.: Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama.

Ad 1.: Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu s normama EN61010-1, EN 16121, EN 16122 i TUV SUD PPP52125 A.

Ad 2.: Ormarić je opremljen unutarnjim filterom, a ormar s filterom mora biti uključen 24 sata dnevno, 365 dana u godini na vanjski ventilator. Izdavanje certifikata u ovom slučaju podložno je dostavi dokumentacije kojom se dokazuje da je ormarić spojen na sustav za odvod zraka koji je uvijek aktivan.

Djelomično se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te stavka 1.4. opisa predmeta nabave sada glasi: Ormarić je opremljen unutarnjim filterom koji je spojen na vanjski ventilator koji mora biti uključen 24 sata dnevno, 365 dana u godini; izdavanje certifikata u skladu s normama EN61010-1, EN 16121, EN 16122 i TUV SUD PPP52125 A naknadno, a po dostavi dokumentacije kojom se dokazuje da je ormarić spojen na sustav za odvod zraka koji je uvijek aktivan.

Vezano uz stavku 1.5.: Minimalno šest polica izrađenih od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika.

Ad 1. i Ad 2.: Minimalno šest polica ; (ormar ima vertikalnu pregradu). Ili Minimalno tri police (ormar bez vertikalne pregrade) ; izrađenih od epoksidnih prašaka otpornih na kiseline i prolaze kroz termički tunel na 200°C. Debljina boje od najmanje 60µm (mikrona).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 1.5. glasi: Minimalno šest polica u slučaju da ormar ima vertikalnu pregradu ili minimalno tri police u slučaju da ormar nema vertikalne pregrade; izrađenih od epoksidnih prašaka otpornih na kiseline i prolaze kroz termički tunel na minimalno 200°C; debljina boje od najmanje 60µm (mikrona).

Vezano uz stavku 1.8.: Donja kadica ili kadice napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 60 litara.

Ad 1. i Ad 2.: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline. Kapacitet cca. 44 litre.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 1.8. glasi: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline; kapacitet minimalno 40 litara.

Vezano uz stavku 1.9.: Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 1.9. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 1.10.: ON/OFF lampica.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 1.10. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 1.12.: Napajanje: 220/230 V

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 1.12. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 1.13.: Električna potrošnja maksimalno 150 Watt.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 1.13. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 1.16.: Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama.

Ad 1. i Ad 2. Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom (na zahtjev, glavni ključ "pass-party kit" u slučaju gubitka ključeva).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 1.16. glasi: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom.

Vezano uz stavku 1.18.: Mogućnost spajanja na vanjski ventilator.

Ad 1: Nema tu mogućnost, jer ima svoj ventilator.

Ad 2.: O.K.

Zainteresirani gospodarski subjekt u drugom prijedlogu izmjene zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 2.1.: Maksimalna vanjska širina 600 mm, minimalna vanjska dubina 500 mm i minimalna vanjska visina 1650 mm.

Ad 1.: Vanjske dimenzije: mm 600 x 500 x 1998 v.

Ad 2.: Vanjske dimenzije: mm 600 x 500 x 1690 v.

Zainteresirani gospodarski subjekt u oba prijedloga izmjena zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 2.2.: Minimalne unutarnje dimenzije 500 x 450 x 1500 mm.

Ad 1. i Ad 2.: Unutarnje dimenzije: mm 530 x 450 x 1500 v.

Zainteresirani gospodarski subjekt u oba prijedloga izmjena zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 2.4.: Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu sa TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 normama

Ad 1.: Ventilirani i filtrirani sigurnosni ormar za skladištenje kemikalija, kiselina i lužina u skladu s normama EN61010-1, EN 16121, EN 16122 i TUV SUD PPP52125 A.

Ad 2.: Ormarić je opremljen unutarnjim filterom, a ormarić s filterom mora biti uključen 24 sata dnevno, 365 dana u godini na vanjski ventilator. Izdavanje certifikata u ovom slučaju podložno je dostavi dokumentacije kojom se dokazuje da je ormarić spojen na sustav za odvod zraka koji je uvijek aktivan.

Djelomično se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te stavka 2.4. opisa predmeta nabave sada glasi: Ormarić je opremljen unutarnjim filterom koji je spojen na vanjski ventilator koji mora biti uključen 24 sata dnevno, 365 dana u godini; izdavanje certifikata u skladu s normama TUV PP 51021:1996, DIN 31 001-1 / DIN 4554 / ZH 1/428 naknadno, a po dostavi dokumentacije kojom se dokazuje da je ormarić spojen na sustav za odvod zraka koji je uvijek aktivan.

Vezano uz stavku 2.5.: Minimalno tri police izrađene od plastificiranog 10/10 mm debelog čelika.

Ad 1. i Ad 2.: Minimalno tri police izrađene od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline i prolaze kroz termički tunel na 200°C. Debljina boje od najmanje 60µm (mikrona).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 2.5. glasi: Minimalno tri police izrađene od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline i prolaze kroz termički tunel na minimalno 200°C. Debljina boje od najmanje 60µm (mikrona).

Vezano uz stavku 2.7.: Minimalni kapacitet svake police 10 litara i 100 kg.

Ad 1. i Ad 2.: Minimalni kapacitet svake police 5 litara i 80 kg.

U potpunosti se prihvaćaju oba prijedloga zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 2.7. glasi: Minimalni kapacitet svake police 5 litara i 80 kg.

Vezano uz stavku 2.8.: Donja kadica napravljena od kiselootporno plastificiranog inox lima, kapaciteta minimalno 30 litara.

Ad 1. i Ad 2.: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline.. Kapacitet cca. 14 litara.

Djelomično se prihvaćaju oba prijedloga zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 2.8. glasi: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline; kapacitet minimalno 10 litara.

Vezano uz stavku 2.9.: Termički zaštićen aspirator IMQ IPX4 CE.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 2.9. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 2.10.: ON/OFF lampica.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 2.10. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 2.12.: Napajanje: 220/230 V

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 2.12. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 2.13.: Električna potrošnja maksimalno 65 Watt.

Ad 1.: O.K.

Ad 2. NEMA.

U potpunosti se prihvaća Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te se stavka 2.13. opisa predmeta nabave briše.

Vezano uz stavku 2.16.: Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama.

Ad 1. i Ad 2. Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom (na zahtjev, glavni ključ "pass-party kit" u slučaju gubitka ključeva).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 2.16. glasi: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom.

Vezano uz stavku 2.18.: Mogućnost spajanja na vanjski ventilator

Ad 1: Nema tu mogućnost, jer ima svoj ventilator.

Ad 2.: O.K.

Zainteresirani gospodarski subjekt u drugom prijedlogu izmjene zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 3.1.: Ventilator sa motorom i nosačem, kućište i motor u Ex izvedbi, trofazni, D=125 mm, 2870°/min, minimalne snage 0,37Kw, minimalna izmjena zraka 400m³/h, 400 Pa, 380V.

Ad 1: Nepotrebno: Ormarić već uključuje ventilator za odvod zraka.

Ad 2.: O.K.

Zainteresirani gospodarski subjekt u drugom prijedlogu izmjene zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 3.2.: Frekventni regulator, on-off switch.

Ad 1.: nepotrebno

Ad 2.: O.K.

Zainteresirani gospodarski subjekt u drugom prijedlogu izmjene zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 4.1.: Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1150 mm x 650 mm x 1950 mm.

Ad 1. i Ad 2.: Vanjske dimenzije (ŠxDxV): 1180x640x1950 mm.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.1. glasi: Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 1150 mm x 640 mm x 1950 mm.

Vezano uz stavku 4.2.: Minimalne unutarnje dimenzije 1000 x 450 x 1650 mm.

Ad 1. i Ad 2.: Unutarnje dimenzije (ŠxDxV): 1015x445x1685 mm.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.2. glasi: Minimalne unutarnje dimenzije 1000 x 440 x 1650 mm.

Vezano uz stavku 4.3.: Unutarnji volumen minimalno 800 litara.

Ad 1. i Ad 2.: Ukupni volumen: ~761 l.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.3. glasi: Unutarnji volumen minimalno 750 litara.

Vezano uz stavku 4.5.: Minimalno tri police izrađene od AISI304 inox lima s izvlačnim kukama radi lakšeg rukovanja.

Ad 1. i Ad 2.: 3 police podesive visine izrađene od elektrocinčanog čelika obojenog epoksidnim praškom otpornim na kiseline. Police u obliku pladnja za prikupljanje prolivene tekućine ili lomljenog materijala. Uklonjive i podesive police.

U potpunosti se prihvaća Ad 1 i Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis stavke 4.5. glasi: Tri police podesive visine izrađene od elektrocinčanog čelika obojenog epoksidnim praškom otpornim na kiseline; police u obliku pladnja za prikupljanje prolivene tekućine ili lomljenog materijala; uklonjive i podesive police.

Vezano uz stavku 4.6.: Minimalni kapacitet svake police 12 litara i 100 kg.

Ad 1. i Ad 2.: Kapacitet police cca. 13 litara. Nosivost kg 80.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.6. glasi: Minimalni kapacitet svake police 12 litara i 80 kg.

Vezano uz stavku 4.7.: Donja kadica ili kadice napravljena od ANSI 304 inox lima, kapaciteta minimalno 40 litara.

Ad 1. i Ad 2.: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline. Kapacitet cca. 14 litara.

Djelomično se prihvaćaju oba prijedloga zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.7. glasi: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline: kapacitet minimalno 12 litara.

Vezano uz stavku 4.9.: Sistem ventilacije opremljen s minimalno 2 protupožarna ventila za recirkulaciju zraka.

Ad 1. i Ad 2.: Prirodni unutarnji ventilacijski sustav za pare, opremljen s dva certificirana sigurnosna ventila za recikliranje zraka s automatskim zatvaranjem na $70 \pm 10^\circ$ C. Ventili su postavljeni na vrhu i na dnu stražnje stijenke ormara kako bi se omogućilo ispuštanje tvari, prema normama. Vanjski priključni prsten Ø 100 mm.

U potpunosti se prihvaća Ad 1 i Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis stavke 4.9. glasi: Prirodni unutarnji ventilacijski sustav za pare, opremljen s dva certificirana sigurnosna ventila za recikliranje zraka s automatskim zatvaranjem na $70 \pm 10^\circ \text{C}$; ventili su postavljeni na vrhu i na dnu stražnje stijenke ormara kako bi se omogućilo ispuštanje tvari, prema normama; vanjski priključni prsten $\varnothing 100 \text{ mm}$.

Vezano uz stavku 4.12.: Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama.

Ad 1. i Ad 2.: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom (na zahtjev, glavni ključ "pass-party kit" u slučaju gubitka ključeva).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 4.12. glasi: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom.

Vezano uz stavku 5.1.: Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 650 mm x 650 mm x 1950 mm.

Ad 1.i Ad 2.: Vanjske dimenzije (ŠxDxV): 680x640x1950 mm.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 5.1. glasi: Minimalne vanjske dimenzije(šxdxv) 650 mm x 640 mm x 1950 mm.

Vezano uz stavku 5.2.: Minimalne unutarnje dimenzije 500 x 450 x 1650 mm.

Ad 1.i Ad 2.: Unutarnje dimenzije (ŠxDxV): 515x445x1685 mm.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 5.2. glasi: Minimalne unutarnje dimenzije(šxdxv) 500 mm x 440 mm x 1650 mm.

Vezano uz stavku 5.3.: Unutarnji volumen minimalno 400 litara.

Ad 1.i Ad 2.: Ukupni volumen: ~386 l.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 5.3. glasi: Unutarnji volumen minimalno 380 litara.

Vezano uz stavku 5.5.: Minimalno tri police izrađene od AISI304 inox lima s izvlačnim kukama radi lakšeg rukovanja.

Ad 1. i Ad 2.: 3 police podesive visine izrađene od elektrocinčanog čelika obojenog epoksidnim praškom otpornim na kiseline. Police u obliku pladnja za prikupljanje prolivene tekućine ili lomljenog materijala. Uklonjive i podesive police s bravom protiv pada uz stalak.

U potpunosti se prihvaća Ad 1 i Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis stavke 5.5. glasi: Tri police podesive visine izrađene od elektrocinčanog čelika obojenog epoksidnim praškom otpornim na kiseline; police u obliku pladnja za prikupljanje prolivene tekućine ili lomljenog materijala; uklonjive i podesive police s bravom protiv pada uz stalak.

Vezano uz stavku 5.6.: Minimalni kapacitet svake police 6 litara i 50 kg.

Ad 1. i Ad 2.: Kapacitet police cca. 7 litara. Nosivost kg. 80.

Zainteresirani gospodarski subjekt u oba prijedloga izmjena zadovoljava propisane tehničke specifikacije; slijedom toga - prijedlog izmijene se ne prihvaća.

Vezano uz stavku 5.7.: Donja kadica ili kadice napravljena od ANSI 304 inox lima, kapaciteta minimalno 20 litara.

Ad 1. i Ad 2.: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline. Kapacitet cca. 14 litara.

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 5.7. glasi: Vodonepropusna donja kadica od elektrocinčanog čelika plastificirana epoksidnim prahom otpornim na kiseline; kapacitet minimalno 12 litara.

Vezano uz stavku 5.9.: Sistem ventilacije opremljen s minimalno 2 protupožarna ventila za recirkulaciju zraka.

Ad 1. i Ad 2.: Prirodni unutarnji ventilacijski sustav za pare, opremljen s dva certificirana sigurnosna ventila za recikliranje zraka s automatskim zatvaranjem na $70 \pm 10^\circ \text{C}$. Ventili su postavljeni na vrhu i na dnu stražnje stijenke ormara kako bi se omogućilo ispuštanje tvari, prema normama. Vanjski priključni prsten $\varnothing 100 \text{ mm}$.

U potpunosti se prihvaća Ad 1 i Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis stavke 5.9. glasi: Prirodni unutarnji ventilacijski sustav za pare, opremljen s dva certificirana sigurnosna ventila za recikliranje zraka s automatskim zatvaranjem na $70 \pm 10^\circ \text{C}$; ventili su postavljeni na vrhu i na dnu stražnje stijenke ormara kako bi se omogućilo ispuštanje tvari, prema normama; vanjski priključni prsten $\varnothing 100 \text{ mm}$.

Vezano uz stavku 5.12.: Sigurnosno zatvaranje na tri točke s bravom u skladu sa EC normama.

Ad 1. i Ad 2.: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom (na zahtjev, glavni ključ "pass-party kit" u slučaju gubitka ključeva).

Djelomično se prihvaća prijedlog izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis predmeta nabave pod stavkom 5.12. glasi: Brava sa ključem s izvlačivim cilindrom.

Vezano uz stavku 6.2.: Frekventni regulator, on-off switch.

Ad 1. i Ad 2.: Frekventni regulator, on-off switch, on/off lampica.

U potpunosti se prihvaća Ad 1 i Ad 2. prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta te novi opis stavke 6.2. glasi: Frekventni regulator, on-off switch, on/off lampica.

Vezano uz dodatnu Napomenu 5.: Postavljanje skeli ili košara za rad na visini, ukoliko su potrebne, u organizaciji KB Dubrava.

U potpunosti se prihvaća dodatna Napomena izmijene zainteresiranog gospodarskog subjekta te ona glasi: Postavljanje skeli ili košara za rad na visini, ukoliko su potrebne, u organizaciji KB Dubrava.

4. Zaključak

Tehničke konzultacije su okončane 23. travnja 2026. godine.

Naručitelj zahvaljuje na dostavljenim mišljenjima i prijedlozima te će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

RAVNATELJ

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

