

URBROJ: 37-176/26-5  
Zagreb, 17.7.2026. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM  
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

**PREDMET:** Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

**1. Osnovne informacije**

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Operacijski stolovi za potrebe KB Dubrava
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 455.200,00 € bez PDV-a
- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 7. srpnja 2026. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, a 10. srpnja 2026. godine ispravak Poziva, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 17. srpnja 2026. godine u 12:00 sati.

**2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi**

U okviru tehničkih konzultacija, pravodobno je zaprimljen prijedlog za izmjenu tehničkih specifikacija gospodarskog subjekta, dostavljen elektroničkom poštom, sukladno uvjetima iz Poziva.

**3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima**

Naručitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare u okviru pripreme konačne verzije Troškovnika/ tehničkih specifikacija.

**Prijedlog za izmjenom za operacijski stol za abdominalnu i barijatrijsku kirurgiju za stavku**

**13:**

700-1200 - Predložena izmjena doprinosi otvaranju tržišnog natjecanja i omogućava sudjelovanje većeg broja ponuditelja, bez umanjenja funkcionalnosti ili kvalitete traženog proizvoda. Ponuditelji čiji proizvodi imaju širi raspon podešavanja (npr. od 580 do 1120 mm ili više) i dalje mogu sudjelovati u postupku ako ispunjavaju zahtjev minimalnog raspona od 700 do 1200 mm, čime se ne isključuju postojeća rješenja, već se uklanja nepotrebno ograničavajući zahtjev.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta s obzirom na to da su tehničke specifikacije pisane temeljem potreba liječnika OP dvorane.

**Prijedlog za izmjenom za operacijski stol za abdominalnu i barijatrijsku kirurgiju za stavku**

**22:**

500kg - Predložena izmjena doprinosi otvaranju tržišnog natjecanja i omogućava sudjelovanje većeg broja ponuditelja, bez umanjenja funkcionalnosti ili kvalitete traženog proizvoda. Ponuditelji čiji proizvodi imaju širi raspon podešavanja (npr. od 580 do 1120 mm ili više) i dalje mogu sudjelovati u postupku ako ispunjavaju zahtjev minimalnog raspona od 700 do 1200 mm, čime se ne isključuju postojeća rješenja, već se uklanja nepotrebno ograničavajući zahtjev.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta s obzirom na to da su tehničke specifikacije pisane temeljem potreba liječnika OP dvorane.

**Prijedlog za izmjenom za operacijski stol za abdominalnu i barijatrijsku kirurgiju za stavku**

**28:**

Navedeni zahtjev ne predstavlja funkcionalnu karakteristiku koja bi sama po sebi omogućila usporedivost proizvoda različitih proizvođača. Preciznije definiranje ili fleksibilnije formuliranje zahtjeva omogućilo bi ravnopravnije tržišno natjecanje bez utjecaja na funkcionalnost predmeta nabave.

**Odgovor Naručitelja:** Naručitelj ne prihvaća zahtjev zainteresiranog gospodarskog subjekta s obzirom na to da su tehničke specifikacije pisane temeljem potreba liječnika OP dvorane.

#### 4. Zaključak

Tehničke konzultacije okončane su 17. srpnja 2026. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

**ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava**

prof. dr. sc. Ivica Lukšić, dr. med.

