

URBROJ: 37-208/26-4
Zagreb, 13.7.2026. godine

**SVIM ZAINTERESIRANIM
GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA**

PREDMET: Zapisnik o provedenim tehničkim konzultacijama

- *sukladno članku 198. stavcima 1. i 2. ZJN 2016,*
- *objavljuje se,*

1. Osnovne informacije

- **Naručitelj:** Klinička bolnica Dubrava
- **Predmet nabave:** Kolica za raspodjelu jedinične terapije
- **Procijenjena vrijednost nabave:** 60.000,00 € bez PDV-a
- **Vrsta postupka:** Otvoreni postupak javne nabave
- **Razlog provedbe tehničkih konzultacija:** Prikupljanje mišljenja i prijedloga radi kvalitetnije izrade Dokumentacije o nabavi

Naručitelj je dana 2. srpnja 2026. godine objavio **Poziv na sudjelovanje u tehničkim konzultacijama**, pozivajući sve zainteresirane gospodarske subjekte na dostavu prijedloga i komentara do 8. srpnja 2026. godine u 16:00 sati.

2. Zaprimljeni komentari/ prijedlozi

U okviru tehničkih konzultacija, pravodobno je zaprimljen prijedlog za izmjenu tehničkih specifikacija gospodarskog subjekta, dostavljen elektroničkom poštom, sukladno uvjetima iz Poziva.

3. Postupanje po zaprimljenim komentarima/ prijedlozima

Naručitelj je razmotrio dostavljene prijedloge/komentare u okviru pripreme konačne verzije Troškovnika/ tehničkih specifikacija.

Prijedlog za izmjenom:

Poštovani,

Temeljem objavljenog javnog savjetovanja, želimo ukazati na to da je objavljena tehnička specifikacija za predmetna kolica prilagođena isključivo jednom proizvođaču, čime se ograničava tržišno natjecanje jer nitko ne može ponuditi opisana kolica osim dotičnog predstavnika. Nastavno niti mijenjanje opisa nije moguće obzirom na detaljan opis istih.

Skrećemo pozornost na mogućnost nabave ekonomski bitno povoljnijih kolica iste funkcije, različitih rješenja, uz i dalje iznimno visoku kvalitetu EU proizvodnje.

U prilogu Vam dostavljamo primjere i prospekte kolica za podjelu terapije renomiranog proizvođača Insausti, koja u potpunosti zadovoljavaju sve visoke standarde bolničkih sustava.

Ukoliko vam se čine zanimljivim, tu smo za sve tehničke detalje i informacije.

Odgovor Naručitelja:

Naručitelj je postavio minimalne tehničke zahtjeve sukladno potrebama struke i sukladno vlastitom bogatom kliničkom iskustvu.

Naručitelj u svojoj ustanovi već dugi niz godina (od 2012 godine) koristi predmetna kolica koja zadovoljavaju sve kriterije po pitanju jedinične terapije na odjelu sa 24 ili više pacijenata. Navedena kolica su se pokazala kao najoptimalnije rješenje po pitanju spremnika za lijekove, te dodatnih ladica u kojima se može odložiti dodatni pribor za terapiju, a koji zadovoljavaju potrebe jednog većeg odjela, kao i modeli kolica koji se koriste za manji broj pacijenata.

Zainteresirani gospodarski subjekt u svom navodu sam potvrđuje da ne može ponuditi navedena kolica bez veće izmjene tehničkog opisa. Dodatno, iz dostavljenih materijala vidljivo je da zainteresirani ponuditelj nije u mogućnosti ponuditi kolica za minimalno 24 pacijenta po odjelu. Postavljenim minimalnim zahtjevom omogućeno je nuđenje boljih tehnoloških rješenja, a iste zadovoljava više proizvođača na svjetskom tržištu.

4. Zaključak

Tehničke konzultacije okončane su 8. srpnja 2026. godine.

Naručitelj će ovaj Zapisnik objaviti na svojim službenim mrežnim stranicama, sukladno internim procedurama i načelu transparentnosti.

S poštovanjem,

ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava

prof. dr. sc.  dr. med.